



## **GESCHIRRPRÜFSTAND NACH EN-12875-1**

### **Referenz Prüfverfahren für Haushaltswaren**

- Prüfstandmodul zum Einbau einer Referenzprüfspülmaschine des Herstellers Miele.
- Prüfstand zur vollautomatischen Durchführung des Prüfverfahrens
- nach EN-12875-1 bei Spültemperaturen 60°C und 70°C.
- Wasserenthärtungsanlage ist als separat zu bestellende Option verfügbar.
- inklusive vollautomatischer Dosierung des Reinigungspulvers bzw. des Flüssigreinigers
- mit den vorgeschriebenen Mengen. Alle Spül- und Trockenzeiten sowie die Prüfzyklen
  - sind mit der integrierten Prüfstandsteuerung frei programmierbar.

---

**SKU: 7300**

**Categories:** [Prüftechnik](#), [Geschirrprüfstand](#),  
[Oekotrophologie](#)

